

Identification du dispositif : **Axtair One Plus**

Description du dispositif : Support à air motorisé

Références du dispositif :

- VAXT2/ONE-P - Axtair One Plus
- VAXT2/ONE/CIC-P – Axtair One Plus CIC

Fabriquant :

WINNCARE FRANCE
Site Asklé Santé
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30 034 Nîmes – France

Les essais suivants ont été réalisés et les résultats consignés sur les rapports d'essais référencés :

- **R412-18-105373-1A Ed.1 / DEV 19 001** relatif aux essais de compatibilité électromagnétique selon la norme EN 60601-1-2: 2015
- **RL12102076-01-A** relatif aux essais de sécurité selon les prescriptions de la norme EN 60601-1 : 2007 Ed.3 ainsi que des normes collatérales EN 60601-1-8 + CEI60601-1-11 : 2009 + EN 60601-1-6 et 60601-1-9
- **M367130906, M367130907, M367130908, M367140029, M367140030, M367140031, M367130915, M367130916, M367130917, M367130918, P112418 DE/2, P141594 DE/1** relatifs aux essais de caractérisation des matériaux
- **367130711, 367130712, 367140349 et 367140350** relatifs aux essais de comportement au feu
- **DEV 16 065** relatif à l'analyse du cycle de vie

Nîmes, le 28/03/2019

Responsable du service qualité Winncare France

